





VOTRE ENFANT SE SENT BIEN:

- RESPIRATION NORMALE
- PAS DE TOUX NI SIFFLEMENTS
- DORT BIEN SANS TOUX
- JOUE COMME D'HABITUDE



VOTRE ENFANT PRÉSENTE L'UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS:

- DES DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES
- TOUX LA JOURNÉE, LA NUIT OU LIMITATION DES ACTIVITÉS
- PRÉSENCE DE QUELQUES SIFFLEMENTS
- UN SENTIMENT D'OPPRESSION THORACIQUE
- LES SYMPTÔMES DISPARAISSENT AVEC L'INHALATEUR



Si pas d'amélioration, consulter votre médecin dans les 24h



VOTRE ENFANT PRÉSENTE L'UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS:

- RESPIRATION RAPIDE, DIFFICILE, SIFFLANTE MEME AU REPOS
- N'ARRÊTE PLUS DE TOUSSER
- ON VOIT SES CÔTES À CHAQUE INSPIRATION
- PÂLEUR OU DOIGTS/LEVRES BLEUES
- N'ARRIVE PLUS À BIEN PARLER, MARCHER, MANQUE D'AIR
- LES SYMPTÔMES PERSISTENT MALGRÉ L'INHALATEUR


Consulter immédiatement le médecin, l'hôpital ou le 144






**6-12 pushes
Autant de fois que nécessaire !**

PLAN DE TRAITEMENT PROVISoire DE L'ASTHME A LA SORTIE DE L'HOPITAL

MODE D' EMPLOI

1  Retirer le(s) capuchon(s).	2  Vérifier l'absence de corps étrangers.	3  Secouer l'inhalateur et l'insérer dans la partie arrière	4  Appliquer le masque sur le visage ou placer l'embout buccal dans la bouche.
5  Appuyer sur l'inhalateur (aérosol-doseur) au début d'une inhalation lente. Si vous utilisez le masque, maintenir une bonne étanchéité pendant 5 respirations après avoir appuyé sur l'inhalateur.	6  Si le sifflet FlowSignal* se fait entendre, inhaler plus lentement.	7  Patienter 30 secondes avant de répéter les étapes 3 à 6 de la façon prescrite.	

NETTOYAGE

1  Retirer la partie arrière uniquement. (Ne pas retirer le masque du produit à masquer)	2  Faire tremper les deux parties pendant 15 minutes dans de l'eau tiède additionnée de détergent liquide.	3  Agiter doucement. Si vous vous préoccupez des risques d'eczéma de contact, rincer le masque facial à l'eau.	4  Secouer pour ôter l'excès d'eau. Ne pas frotter.
5  Laisser sécher à l'air en position verticale.	6  Replacer la partie arrière une fois l'appareil complètement sec et prêt à l'usage.		

COMMENT VERIFIER QU'IL RESTE DU MEDICAMENT DANS L'AEROSOL DE VENTOLIN



Il suffit de le peser ...	Doses restantes
28 g → Oui, il est plein	200
25 g → Oui, il est $\frac{3}{4}$ plein	150
21 g → Oui, il est $\frac{1}{2}$ plein	100
18 g → Oui, il est $\frac{1}{4}$ plein	50
15 g → Non, il est vide	0